

DESCRIPTIVO DE EQUIPAMENTOS PARA COTAÇÃO

Processo: PAINEL MODULAR E ESTATIVA PARA UTI

Projeto: UNIMED MACEIÓ

Desconsiderar os equipamentos que não fazem parte do portfólio da empresa.

1. OBJETO

Fornecimento de propostas comerciais e informações para a implementação de Painéis Modulares e Estativa Tipo Coluna com Braço Auxiliar, incluindo sua entrega, instalação e treinamento.

2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

2.1 299 UNIDADES - PAINEL MODULAR HORIZONTAL (RÉGUA)

2.1.1. DESCRITIVO

Os Painéis Modulares Horizontais devem ser fabricados em perfil de alumínio estruturado com pintura eletrostática a pó. Sua construção deve ser hermética com encaixes exatos que permitam a vedação contra entrada de pó e resíduos. Seus parafusos externos devem ser da cor da estrutura, para que não se destaque visualmente. A estrutura de construção interna deve ainda separar a passagem das tubulações de gases e cabos elétricos. As tomadas de gases e elétricas devem ser identificadas com etiquetas em cores. Deve utilizar fiação elétrica com cabos flexíveis de seção mínima de 2,5mm² e isolamento antichama para mínimo de 750 V conectados à rede geral através de régua de borne com conexões devidamente identificadas para facilidade de manutenção, sendo obrigatória a diferenciação em cores dos cabos elétricos para as diferentes fases, neutro e terra. Deverão ainda ser da linha/modelo PIAL-PLUS ou superior e estar adequadas ao padrão ABNT vigente conforme NBR14136. Tomadas para gases obrigatoriamente com válvulas de dupla retenção e com distância entre os pontos de no mínimo 150mm e distância dos pontos de oxigênio até os pontos de energia de 200mm, atendendo assim as normas NBR12188 e 11906. O padrão de conexão dos gases deverá ser do tipo ABNT. Desejável que possua registro no INMETRO. Deve apresentar registro na ANVISA. Os painéis deverão ter a configuração de pontos e acessórios conforme TABELA DE PONTOS, anexada junto a este documento.

2.2 08 UNIDADES - CONJUNTO COM DUAS PRATELEIRAS

2.2.1. DESCRITIVO

Conjunto de duas prateleiras para ser fixado na parede com 02 suportes de soro (01 em cada lado do conjunto), fabricado preferencialmente em aço inox.



2.3 60 UNIDADES - SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARÂMETROS

2.3.1. DESCRITIVO

Suporte para monitor multiparâmetros, fabricado preferencialmente em aço inox. Desejável que consiga rebater 180 graus para ambos os lados. Desejável que seja articulado.

2.4 109 UNIDADES - SUPORTE DE SORO DE PAREDE VERTICAL

2.4.1. DESCRITIVO

Suporte de soro de parede vertical totalmente em inox com pelo menos 4 ganchos superiores.

2.5 20 UNIDADES - ESTATIVA TIPO COLUNA COM BRAÇO MÓVEL

2.5.1. DESCRITIVO

Estativa de coluna com braço auxiliar articulado para maior alcance, com freio pneumático nas articulações. Desejável braço articulado ONDAL com elevação da pequena torre de insumos. Esta pequena torre precisa suportar 30 Kg e possuir suporte em inox para bombas de infusão dos dois lados, possibilitando colocar no mínimo 5 bombas de cada lado desta torre pequena. Construída preponderantemente em alumínio com partes em aço inox, deverá ter duto interno com bom diâmetro (especialmente nas articulações) permitindo a passagem folgada de todos os cabos. Cada estativa deverá conter suporte de soro e suporte de infusão. O padrão de engate deverá ser do tipo rosca ABNT. A proposta deverá contemplar o elemento de conexão dos gases à rede do hospital. Quanto às tomadas elétricas, será obrigatório o fornecimento das estativas com tomadas já no padrão nacional atual (ABNT), modelo PIAL-PLUS ou de linha superior. Importante: As barras de ligação, de conexão de força e de aterramento deverão estar inclusas na proposta. O hospital se responsabilizará somente por levar os circuitos de gases, dados e elétrica até o ponto de fixação da estativa, logo será de responsabilidade da empresa proponente o fornecimento da ancoragem, da flange e de toda peça necessária para a fixação dos sistemas na laje (teto) bem como de realizar a conexão da rede dos gases na estativa, e a ligação elétrica e de aterramento da rede disponibilizada aos conectores da estativa. Consultar a configuração das estativas na tabela anexada chamada TABELA DE PONTOS. Desejável que possua registro no INMETRO. Deve apresentar registro na ANVISA.

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 3.1. **SOBRE A GARANTIA DE FÁBRICA:** Deverá ser informado na proposta o prazo de garantia, que deverá ser de pelo menos 12 meses, a contar do início de funcionamento do equipamento.

- 3.2. SOBRE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO:** A entrega dos equipamentos listados deverá ser de responsabilidade da empresa fornecedora, desse modo as propostas encaminhadas deverão estar com o frete na modalidade CIF inclusas no valor final de aquisição. Na proposta será obrigatório descrever o prazo para entrega do equipamento a partir da assinatura do contrato.
- 3.3 SOBRE AS INSTALAÇÕES:** Deverão estar inclusos nesta proposta os serviços de instalação dos itens que for necessário.
- 3.4 SOBRE OS TREINAMENTOS:** Após a instalação, a empresa deverá oferecer treinamento operacional e técnico a quem for indicado pela instituição, conforme quantitativo citado no descritivo do equipamento. Solicitamos também treinamento técnico básico para primeiro atendimento de todos os equipamentos da concorrência para a equipe de Engenharia Clínica, tais treinamentos poderão ser ministrados durante as montagens e instalações dos equipamentos e, no mínimo, abordando os cuidados básicos, rotinas de conservação e boas práticas para o suporte padrão e primeiro atendimento.
- 3.5 PADRÃO DAS PROPOSTAS:** Todas as propostas comerciais encaminhadas deverão estar no padrão da Proponente contendo as seguintes informações:
- Prazo de garantia;
 - Prazo de entrega;
 - Frete incluso;
 - Instalação inclusa;
 - Forma de pagamento.

4. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONCORRENTE

- 4.1 PROPOSTA COMERCIAL:** Para este processo, deverão ser apresentadas propostas nas seguintes modalidades:
- COMPRA CIF com frete incluso,
 - LOCAÇÃO/LEASING OPERACIONAL
 - COMODATO

Os valores finais deverão incluir impostos vigentes e despesas que incidam direta ou indiretamente no valor do fornecimento para entrega do produto nas instalações do Hospital.

Observação: caso a proponente não possua solução para todas as modalidades solicitadas, favor apresentar proposta apenas da modalidade que trabalha.

- 4.2 RDP:** Preencher integralmente o Formulário RDP - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA.
- 4.3 RDI:** Preencher integralmente o Formulário RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.



- 4.4 FORTEMENTE DESEJÁVEL:** Enviar especificações, imagens e materiais complementares que permitam enriquecer a avaliação técnica e a apresentação de seus produtos / solução, tais como:
- Data sheet do(s) produto(s) em sua última versão;
 - Catálogo comercial detalhado;
 - Especificação técnica dos produtos;
 - Imagens/fotos dos sistemas ofertados.
- 4.5** Tanto o formulário RDP, quanto o RDI deverão ser respondidos no próprio Excel, e enviados sem convertê-los para formato PDF. A empresa Proponente não deve deletar ou acrescentar linhas intermediárias nesse formulário, sob pena de desclassificação. Caso deseje fazer alguma observação ou acrescentar informação que não tenham sido requeridas, as mesmas podem ser apresentadas ao final de cada documento, nas linhas brancas abaixo do formulário.
- 4.6** As informações técnicas aqui fornecidas podem conter elementos de julgamento subjetivo ou estar incompletas, portanto, as informações deverão ser integralmente analisadas e revisadas pelas Proponentes de acordo com seu próprio julgamento profissional, inclusive para elaboração das propostas.