

DESCRIPTIVO DE EQUIPAMENTOS PARA COTAÇÃO

Processo: MOTORES CIRÚRGICOS

Projeto: UNIMED MACEIÓ

Desconsiderar os equipamentos que não fazem parte do portfólio da empresa.

1. OBJETO

Fornecimento de propostas comerciais e informações para a implementação de Motores Cirúrgicos, incluindo sua entrega, instalação e treinamento.

2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

2.1 02 UNIDADES - KIT DE MOTORES DE ORTOPEDIA PARA GRANDES PROCEDIMENTOS

2.1.1. DESCRITIVO

Conjunto de motores e serras cirúrgicas, com tecnologia a bateria, que atenda a todos os grandes procedimentos ortopédicos, sendo composto por perfurador e serra. Os perfuradores e serras deverão ser de modelo tipo pistola. Estes sistemas serão utilizados para cortar, perfurar, descascar e polir ossos e outros tecidos relacionados em diversos procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Também serão utilizados para a colocação ou corte de parafusos, fios, pinos e outros dispositivos de fixação. Desejável que apresente sistema de encaixe rápido de acessórios e adaptadores. Cada kit deverá vir acompanhado minimamente dos seguintes itens: Caixa para esterilização com tampa; Carregador de bateria; 04 baterias; Mandril com chave para Perfuração e Fresagem; Serra Oscilante; Passa Fio; Todos os demais cabos, acessórios e adaptadores necessários ao perfeito funcionamento dos motores e realização dos procedimentos de ortopedia para grandes ossos.

2.2 02 UNIDADES - KIT DE MOTORES DE ORTOPEDIA PARA PROCEDIMENTOS DELICADOS

2.2.1. DESCRITIVO

Conjunto de motores e serras cirúrgicas, com tecnologia a bateria, que atenda a todos os procedimentos delicados ortopédicos, sendo composto por perfurador e serra. Os perfuradores e serras deverão ser de modelo tipo pistola. Estes sistemas serão utilizados para cortar, perfurar, descascar e polir ossos e outros tecidos relacionados em diversos procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Desejável que apresente sistema de encaixe rápido de acessórios e adaptadores. Cada kit deverá vir acompanhado minimamente dos seguintes itens: Caixa para esterilização com tampa; Carregador de bateria; 04 baterias; Mandril com chave para Perfuração e Fresagem; Serra; Passa Fio; Todos os demais cabos, acessórios e adaptadores necessários ao perfeito funcionamento dos motores e realização dos procedimentos delicados de ortopedia.

2.3 02 UNIDADES - KIT DE MOTORES PARA CIRURGIA CARDÍACA

2.3.1. DESCRITIVO

Conjunto de motores e serras cirúrgicas, com tecnologia elétrica ou a bateria, que atenda a todos os procedimentos cardíacos (operação e reoperação), sendo composto por perfurador e serra. Os perfuradores e serras deverão ser de modelo tipo pistola. Estes sistemas serão utilizados para cortar, perfurar, descascar e polir ossos e outros tecidos relacionados em diversos procedimentos cirúrgicos cardíacos. Desejável que apresente sistema de encaixe rápido de acessórios e adaptadores. Tensão de alimentação, no caso de tecnologia elétrica, deverá ser 220V ou bivolt. Cada kit deverá vir acompanhado minimamente dos seguintes itens: Caixa para esterilização com tampa; Carregador de bateria, caso apresente tecnologia a bateria; Console, caso apresente tecnologia elétrica; Mandril com chave; Serra Oscilante; Passa Fio; Todos os demais cabos, acessórios e adaptadores necessários ao perfeito funcionamento dos motores. Deve apresentar registro na ANVISA.

2.4 02 UNIDADES - KIT DE MOTORES PARA CIRURGIA DE NEURO E COLUNA

2.4.1. DESCRITIVO

Conjunto para cirurgia de Neuro e coluna. Deverá apresentar tecnologia elétrica ou a bateria. Desejável que apresente sistema de encaixe rápido de acessórios. Tensão de alimentação, no caso de tecnologia elétrica, deverá ser 220V ou bivolt. Cada kit deverá vir acompanhado pelo menos dos seguintes itens: Peça de mão, console, caixa para esterilização; Carregador de baterias (caso apresente esta tecnologia); E todos os demais cabos, acessórios e adaptadores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Deve apresentar registro na ANVISA.

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 3.1. **SOBRE A GARANTIA DE FÁBRICA:** Deverá ser informado na proposta o prazo de garantia, que deverá ser de pelo menos 12 meses, a contar do início de funcionamento do equipamento.
- 3.2. **SOBRE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO:** A entrega dos equipamentos listados deverá ser de responsabilidade da empresa fornecedora, desse modo as propostas encaminhadas deverão estar com o frete na modalidade CIF inclusas no valor final de aquisição. Na proposta será obrigatório descrever o prazo para entrega do equipamento a partir da assinatura do contrato.
- 3.3 **SOBRE AS INSTALAÇÕES:** Deverão estar inclusos nesta proposta os serviços de instalação dos itens que for necessário.
- 3.4. **SOBRE OS TREINAMENTOS:** Após a instalação, a empresa deverá oferecer treinamento operacional e técnico a quem for indicado pela instituição, conforme quantitativo citado no descritivo do equipamento. Solicitamos também treinamento técnico básico para primeiro atendimento de todos os equipamentos da concorrência para a equipe de Engenharia Clínica, tais treinamentos poderão ser

ministrados durante as montagens e instalações dos equipamentos e, no mínimo, abordando os cuidados básicos, rotinas de conservação e boas práticas para o suporte padrão e primeiro atendimento.

3.5. PADRÃO DAS PROPOSTAS: Todas as propostas comerciais encaminhadas deverão estar no padrão da Proponente contendo as seguintes informações:

- Prazo de garantia;
- Prazo de entrega;
- Frete incluso;
- Instalação inclusa;
- Forma de pagamento.

4. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONCORRENTE

4.1 PROPOSTA COMERCIAL: Apresentar proposta conforme orientações do item 3.

4.2 RDP: Preencher integralmente o Formulário RDP - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA.

4.3 RDI: Preencher integralmente o Formulário RDI - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.

4.4 FORTEMENTE DESEJÁVEL: Enviar especificações, imagens e materiais complementares que permitam enriquecer a avaliação técnica e a apresentação de seus produtos / solução, tais como:

- Data sheet do(s) produto(s) em sua última versão;
- Catálogo comercial detalhado;
- Especificação técnica dos produtos;
- Imagens/fotos dos sistemas ofertados.

4.5 Tanto o formulário RDP, quanto o RDI deverão ser respondidos no próprio Excel, e enviados sem convertê-los para formato PDF. A empresa Proponente não deve deletar ou acrescentar linhas intermediárias nesse formulário, sob pena de desclassificação. Caso deseje fazer alguma observação ou acrescentar informação que não tenham sido requeridas, as mesmas podem ser apresentadas ao final de cada documento, nas linhas brancas abaixo do formulário.

4.6 As informações técnicas aqui fornecidas podem conter elementos de julgamento subjetivo ou estar incompletas, portanto, as informações deverão ser integralmente analisadas e revisadas pelas Proponentes de acordo com seu próprio julgamento profissional, inclusive para elaboração das propostas.