

DESCRIPTIVO DE EQUIPAMENTOS PARA COTAÇÃO**Processo:** VENTILADOR PULMONAR**Projeto:** UNIMED MACEIO

Desconsiderar as modalidades de equipamentos que não fazem parte do portfólio da empresa.

1. OBJETO

Fornecimento de propostas comerciais e informações para a implementação de Ventilador Pulmonar, incluindo sua entrega, instalação e treinamento.

2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO**2.1 VENTILADOR PULMONAR****2.1.1. VENTILADOR PULMONAR COMPLETO (18 UNIDADES)**

Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes pediátricos e adultos. Considerar pelo menos dois equipamentos que possibilitem ventilação em pacientes de baixo peso (neonatal). O CPAP nasal, deve estar disponível em todos os ventiladores. Cotar sistema de Alto Fluxo como opcional. Deve possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas – CPAP; modo BIPAP. Deve possuir Volume Garantido. Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; deve possuir dois, ou mais módulos avançados: Volume controlado com pressão regulada, Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas, Ventilação Assistida Proporcional, Compensação Automática do Tubo, Ventilação Assistida Ajustada Neuralmente, Ventilação de Suporte Adaptativa. Dispor de umidificador aquecido. Cada equipamento deve dispor de, no mínimo, 02 (dois) circuitos reutilizáveis completos. O equipamento deverá obrigatoriamente possibilitar a comunicação com outros dispositivos tais como monitores multiparâmetros ou centrais de monitorização para que seja possível a integração dos dados e o registro de informações em tempo real em prontuário eletrônico de pacientes.

2.1.2. VENTILADOR PULMONAR INTERMEDIÁRIO (01 UNIDADE)

Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes pediátricos e adultos. Cotar sistema de Alto Fluxo como opcional. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada;



(82) 4020-4949

Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas CPAP nasal (deve estar disponível em todos os equipamentos); BIPAP; Ventilação de Backup no mínimo nos modos espontâneos; Deve possuir Volume Garantido. Cada equipamento deve dispor de, no mínimo, 02 (dois) circuitos reutilizáveis completos. O equipamento deverá possibilitar a comunicação com outros dispositivos tais como monitores multiparâmetros ou centrais de monitorização para que seja possível a integração dos dados e o registro de informações em tempo real em prontuário eletrônico de paciente.

2.1.3. VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE (04 UNIDADES)

Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Deve possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermittente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back-Up no mínimo nos modos espontâneos; Bateria mínima de 3 horas. Peso inferior a 10 kg.

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. SOBRE A GARANTIA DE FÁBRICA: Deverá ser informado na proposta o prazo de garantia, que deverá ser de pelo menos 12 meses, a contar do início de funcionamento do equipamento.

3.2. SOBRE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO: A entrega dos equipamentos listados deverá ser de responsabilidade da empresa fornecedora, desse modo as propostas encaminhadas deverão estar com o frete na modalidade CIF inclusas no valor final de aquisição. Na proposta será obrigatório descrever o prazo para entrega do equipamento a partir da assinatura do contrato.

3.3 SOBRE AS INSTALAÇÕES: Deverão estar inclusos nesta proposta os serviços de instalação dos itens que for necessário.

3.4. SOBRE OS TREINAMENTOS: Após a instalação, a empresa deverá oferecer treinamento operacional e técnico a quem for indicado pela instituição, conforme quantitativo citado no descritivo do equipamento. Solicitamos também treinamento técnico básico para primeiro atendimento de todos os equipamentos da concorrência para a equipe de Engenharia Clínica, tais treinamentos poderão ser ministrados durante as montagens e instalações dos equipamentos e, no mínimo, abordando os cuidados básicos, rotinas de conservação e boas práticas para o suporte padrão e primeiro atendimento.

3.5. PADRÃO DAS PROPOSTAS: Todas as propostas comerciais encaminhadas deverão estar no padrão da Proponente contendo as seguintes informações:



- Prazo de garantia;
- Prazo de entrega;
- Frete incluso;
- Instalação inclusa;
- Forma de pagamento.

4. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONCORRENTE

4.1 PROPOSTA COMERCIAL: Apresentar proposta conforme orientações do item 3.

4.2 RDP: Preencher integralmente o Formulário RDP – REQUISIÇÃO DE PROPOSTA, enviado em anexo no e-mail.

4.3 O formulário RDP, deverá ser respondido no próprio Excel, e enviado sem convertê-lo para formato PDF. A empresa Proponente não deve deletar ou acrescentar linhas intermediárias nesse formulário, sob pena de desclassificação. Caso deseje fazer alguma observação ou acrescentar informação que não tenham sido requeridas, as mesmas podem ser apresentadas ao final de cada documento, nas linhas brancas abaixo do formulário.

4.4 FORTEMENTE DESEJÁVEL: Enviar especificações, imagens e materiais complementares que permitam enriquecer a avaliação técnica e a apresentação de seus produtos / solução, tais como:

- Data sheet do(s) produto(s) em sua última versão;
- Catálogo comercial detalhado;
- Especificação técnica dos produtos;
- Imagens/fotos dos sistemas ofertados

4.4 As informações técnicas aqui fornecidas podem conter elementos de julgamento subjetivo ou estar incompletas, portanto, as informações deverão ser integralmente analisadas e revisadas pelas Proponentes de acordo com seu próprio julgamento profissional, inclusive para elaboração das propostas.

